

【三丰精密测量仪 综合目录 2017-2018】 正误表

2017年09月19日

非常感谢您使用【三丰精密量仪综合目录】

由于货号变更或者印刷错误等情况的存在，特设立该正误表以订正信息。产品选型时，请咨询三丰公司或三丰指定代理店，以期确保信息准确无误，

由此给您带来的不便，敬请谅解。

页数	产品名称	内容	错误信息	正确信息
H-19	ABS AT1100	标题误记	绝对系统封闭式光栅尺 ABS AT1100	绝对系统封闭型电磁感应式栅尺 ABS AT1100
U-6	地址变更	滨松营业所	〒435-0054 静冈县滨松市中区早出町 1209-1	〒435-0016 静冈县滨松市東区和田町 587-1
U-8	地址变更	Mitutoyo Sul Americana Ltda.	Avenida João Carlos da Silva Borges, 1240 - CEP 04726-002 - Santo Amaro - SP - Brazil	Rodovia Índio Tibiriçá 1555, BAIRRO RAFFO, CEP 08620-000 SUZANO-SP, BRASIL
E-37	182 系列	182-501-60* 182-502-60*	182-501-60* 182-502-60* *符合英国 JCSS 认证	删除【*】 删除【*符合英国 JCSS 认证】
B-36	389 系列	平行度错误	平行度: 0.3 μm	平行度: 3 μm
U-7	瑞典三丰地址变更	Mitutoyo Scandinavia AB	Släntvägen 6, 194 54 Upplands Väsby, SWEDEN	Släntvägen 6, 194 61 Upplands Väsby, SWEDEN
U-7	荷兰三丰传真废止	Mitutoyo Nederland B.V.		原传真号: 31(0)318-534811 废止
U-7	意大利三丰新增 M3 展厅	新增设 M <sup>3</sup> Solution Center BOLOGNA		地址: Via dei Carpini1/A 40011 Anzola Emilia (BO), ITALY 电话: 39 02 93578215 传真: 39 02 93578255
U-7	意大利三丰关闭 TORINO 展厅	M3 Solution Center TORINO		M3 Solution Center TORINO 于 2017 年 3 月 31 日关闭
B-55	523 系列	指示范围	±0.06m	±0.06mm
D-49	570 系列	附件标配问题	570-302,570-304 的标准附件 902053 953638 05GZA033 07GZA000	570-302,570-304 的标准附件 05GZA033 07GZA000  902053 和 953638 为选件
U-7	捷克公司信息变更	Mitutoyo Česko s.r.o.		名称变更: Mitutoyo Česko s.r.o. Slovakia Branch 地址变更: Hviezdoslavova 124, 017 01 Povázská Bystrica, SLOVAKIA 电话/传真变更: 421 948-595-590
U-8	墨西哥克雷塔罗事务所/展厅地址变更	Querétaro Office/M3 Solution Center	Av. Constituyentes Ote.71-B, Fraccionamiento Observatorio C.P. 76040 Querétaro,Qro.MÉXICO	Av. Cerro Blanco No.500-1, Colonia Centro Sur, Querétaro, Querétaro, C.P. 76090, MÉXICO